

**Протокол заседания тендерной комиссии
по подведению итогов повторного тендера №7 по приобретению медицинских изделий согласно Правил
организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных
продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема
медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра
здравоохранения РК №110 от 07.06.2023 г.**

КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗКО

18.03.2024 г.

Тендерная комиссия в составе:

- Сагимбаев Б. Ж. – руководитель – председатель тендерной комиссии;
- Мокроусова О.Ю. – заведующая эпидемиологическим отделом – член тендерной комиссии;
- Борбиль О.С. – провизор - член тендерной комиссии;
- Сиделева Е.А. – зав. лаборатории – член тендерной комиссии;
- Нургалиев К.Т. - юрист – член тендерной комиссии.

Секретарь:

- Токебаева С.С. – менеджер по государственным закупкам- секретарь тендерной комиссии

11.03.2024 г. в 14:00 часов в актовом зале КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗКО комиссия провела заседание, с применением аудио- и видеофиксации, по вскрытию конвертов с тендерными заявками по закупкам медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2024 г.:

По следующим позициям:

№ лота	Наименование изделий медицинского назначения	Технические и качественные характеристики	Ед. изм.	Планируемая цена	Количество	Сумма (тенге)
	Автоматический Анализатор Alinity					
1	Alinity I Probe Conditioning Solution	Раствор для игл кондиционирующий (Probe Conditioning Solution) используется в ходе процедур техобслуживания. После промывки пробозаборная игла пипеттора образцов кондиционируется данным раствором с целью предотвращения неспецифического связывания аналитов в пробозаборной игле. Раствор для игл кондиционирующий (Probe Conditioning Solution) содержит рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: противомикробный препарат и ProClin 300. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). В случае поставки товаров, маркированных товарными знаками, Поставщик по запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Республики Казахстан поставляемых товаров непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия. Документами, подтверждающими указанный факт могут быть лицензионные соглашения Поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий. Потенциальный поставщик предоставляет организатору закупок надлежаще оформленные документы (в том числе договора), подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию товара на территории РК, предоставленного уполномоченным представителем производителя, сертификат происхождения товара, выданными компетентными органами в стране экспортера.	шт.	219 118,00	2	438 236,00
2	Alinity Trigger Solution (REACH)	Раствор Триггера расходные материалы для иммунохимического анализатора. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке	уп.	43 824,00	8	350 592,00

		<p>годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). В случае поставки товаров, маркированных товарными знаками, Поставщик по запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Республики Казахстан поставляемых товаров непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия. Документами, подтверждающими указанный факт могут быть лицензионные соглашения Поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий. Потенциальный поставщик предоставляет организатору закупок надлежаще оформленные документы (в том числе договора), подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию товара на территории РК, предоставленного уполномоченным представителем производителя, сертификат происхождения товара, выданными компонентными органами в стране экспортера.</p>				
3	Alinity Pre-Trigger Solution (REACH)	<p>Раствор Пре-триггера расходные материалы для иммунохимического анализатора. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). В случае поставки товаров, маркированных товарными знаками, Поставщик по запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Республики Казахстан поставляемых товаров непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия. Документами, подтверждающими указанный факт могут быть лицензионные соглашения Поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий. Потенциальный поставщик предоставляет организатору закупок надлежаще оформленные документы (в том числе договора), подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию товара на территории РК, предоставленного уполномоченным представителем производителя, сертификат происхождения товара, выданными компонентными органами в стране экспортера.</p>	уп.	97 038,00	9	873 342,00
4	Alinity I Concentrated Wash Buffer	<p>Концентрированный промывающий буфер расходные материалы для иммунохимического анализатора. Комплексный реагент, предназначенный для деkontаминации анализатора. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). В случае поставки товаров, маркированных товарными знаками, Поставщик по запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Республики Казахстан поставляемых товаров непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия. Документами, подтверждающими указанный факт могут быть лицензионные соглашения Поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий. Потенциальный поставщик предоставляет организатору закупок надлежаще оформленные документы (в том числе договора), подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию товара на территории РК, предоставленного уполномоченным представителем производителя, сертификат происхождения товара, выданными компонентными органами в стране экспортера.</p>	уп.	101 212,00	80	8 096 960,00
5	Alinity Reaction Vessels	<p>Ячейка реакционная предназначена для смешивания растворов, сыворотки, проведения фотоэлектрического считывания. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором Alinity i. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для</p>	уп.	113 733,00	30	3 411 990,00

Handwritten signature and scribbles at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.

		реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). В случае поставки товаров, маркированных товарными знаками, Поставщик по запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Республики Казахстан поставляемых товаров непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия. Документами, подтверждающими указанный факт могут быть лицензионные соглашения Поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий. Потенциальный поставщик предоставляет организатору закупок надлежаще оформленные документы (в том числе договора), подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию товара на территории РК, предоставленного уполномоченным представителем производителя, сертификат происхождения товара, выданными компонентными органами в стране экспортера.				
6	Alinity I HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit	Калибратор. Используется для калибровки тест системы для выявления ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (3 мл) содержит очищенный вирусный лизат HIV, подготовленный в TRIS-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: азид натрия. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). В случае поставки товаров, маркированных товарными знаками, Поставщик по запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Республики Казахстан поставляемых товаров непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия. Документами, подтверждающими указанный факт могут быть лицензионные соглашения Поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий. Потенциальный поставщик предоставляет организатору закупок надлежаще оформленные документы (в том числе договора), подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию товара на территории РК, предоставленного уполномоченным представителем производителя, сертификат происхождения товара, выданными компонентными органами в стране экспортера.	шт.	100 294,00	4	401 176,00
7	Alinity I HIVAg/Ab ComboControl Kit	Контрольные материалы предназначены для оценки воспроизводимости теста для выявления ВИЧ-инфекции и выявления систематических аналитических погрешностей в рабочих характеристиках иммунохимического анализатора при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 4 флакона (8 мл). Отрицательный контроль, Положительный контроль 1 и Положительный контроль 2 подготовлены в рекальцинированной плазме крови человека. Положительный контроль 1 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-1. Положительный контроль 2 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-2. Положительный контроль 3 является очищенным вирусным лизатом HIV, подготовленным в TRIS-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консерванты для отрицательного контроля, положительного контроля 1 и положительного контроля 2: азид натрия и противомикробный препарат. Консервант для положительного контроля 3: азид натрия. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i	шт.	110 603,00	4	442 412,00
8	Alinity I HIVAg/Ab Combo Reagent	Тест с использованием ВИЧ Ag/At Комбо Реагенты является хемиллюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (СМИА) для одновременного качественного определения антигена HIV p24 антител к вирусу	шт.	1 571 000,00	105	164 955 000,00

		иммунодефицита человека типа 1 (HIV-1 группы M и O) и/или 2 (HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимическом анализаторе. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). В случае поставки товаров, маркированных товарными знаками, Поставщик по запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Республики Казахстан поставляемых товаров непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия. Документами, подтверждающими указанный факт могут быть лицензионные соглашения Поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий. Потенциальный поставщик предоставляет организатору закупок надлежаще оформленные документы (в том числе договора), подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию товара на территории РК, предоставленного уполномоченным представителем производителя, сертификат происхождения товара, выданными компонентными органами в стране экспортера.				
	Итого					178 969 708,00
	Анализатор иммунохемилюминесцентный Maglumi X3					
9	Количественный тест для определения антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24, HIV Ab/Ag Combi	MAGLUMI HIV Ab/Ag Combi (CLIA) - Количественный тест для определения антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24 для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HIV Ab/Ag Combi (CLIA) Принцип теста: количественный для определения антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24 в сыворотке и плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ. Количество тестов в наборе: 100 штук. Комплектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наночастицы. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °C до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5. Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6. Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспендирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света.	набор	140 000,00	100	14 000 000,00
10	Промывочный концентрат (1 уп=1*714 мл) Wash concentrate Package 1: 1Box=1*714 ml	Промывочный концентрат (1 уп=1*714 мл) MAGLUMI Wash concentrate Package 1: 1Box=1*714 ml	шт.	17 000,00	8	136 000,00
11	Кюветы (1уп.=3*182)Reaction Modules Package 1: 1Box=3*182	Кюветы (1уп.=3*182) MAGLUMI Reaction Modules Package 1: 1Box=3*182	шт.	51 250,00	20	1 025 000,00
	Итого					15 161 000,00

Реагенты портативного анализатора для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near-Patient CD4 Counter,						
12	Картридж BD FACSPresto Cartridge на 100 тестов	Картридж BD FACSPresto Cartridge на 100 тестов. Позволяет одновременно определять абсолютное и процентное содержание CD4 клеток и общую концентрацию гемоглобина. Можно исследовать как капиллярную, так и венозную кровь, собранную в пробирку с ЭДТА.	шт.	1 310 000,00	10	13 100 000,00
13	Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100 или №20	Иммунохроматографический экспресс-тест 4-го поколения, для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100	набор	190 000,00	60	11 400 000,00
Итого						218 630 708,00

1) Тендерные заявки и гарантийные обеспечения тендерных заявок следующих потенциальных поставщиков предоставлены в установленные сроки:

№	Наименование поставщика	Адрес	Дата и время предоставления тендерной заявки
1	ТОО «AUM+»	г.Астана, ул. Е.Брусиловский 24/1, каб.301	05.03.2024 г. в 09:42 ч.
2	ТОО «БионМедСервис»	г.Караганда, пр. Строителей, стр.6	05.03.2024 г. в 11:15 ч.
3	ТОО «Амир и Д»	г.Тараз, переулок 3 Автомобильный, 1В	07.03.2024 г. в 11:58 ч.
4	ТОО «Takurra»	г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, д.14/1	11.03.2024 г. в 08:58 ч.
5	ТОО «Прогресс SSS»	г.Астана, р.Нұра, ул.Қазыбек би, д.5А, кв.481	11.03.24 г. в 09:02 ч.

2) Отзыв и изменение тендерных заявок в сроки, не производились. Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупкам, которые были зачитаны при вскрытии конвертов с тендерными заявками в присутствии комиссии. Потенциальные поставщики и их представители отсутствовали.

Тендерная комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила тендерные заявки, принятые для участия в тендере с учетом критериев, указанных в тендерной документации, включая следующие критерии: сроки поставки, условия платежа, соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, соответствие предлагаемого товара технической спецификации заказчика.

3) Наименование поставщиков и цена тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией (тенге):

№ лота	Наименование изделий медицинского назначения	ТОО «AUM+»	ТОО «БионМед Сервис»	ТОО «Амир и Д»	ТОО «Takurra»	ТОО «Прогресс SSS»
1	Alinity I Probe Conditioning Solution	219 118,00			185 000,00	
2	Alinity Trigger Solution (REACH)	43 824,00				
3	Alinity Pre-Trigger Solution (REACH)	97 038,00			92 000,00	
4	Alinity I Concentrated Wash Buffer	101 212,00			98 000,00	
5	Alinity Reaction Vessels	113 733,00			108 000,00	
6	Alinity I HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit	100 294,00				
7	Alinity I HIVAg/Ab ComboControl Kit	110 603,00			95 000,00	
8	Alinity I HIVAg/Ab Combo Reagent	1 571 000,00			852 000,00	
9	Количественный тест для определения антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена р24, HIV Ab/Ag Combi				75 000,00	
10	Промывочный концентрат (1 уп=1*714 мл) Wash concentrate Package 1: 1Box=1*714 ml				16 000,00	
11	Кюветы (1уп.=3*182)Reaction Modules Package 1: 1Box=3*182				39 000,00	
12	Картридж BD FACSPresto Cartridge на 100 тестов		1 310 000,00			
13	Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100 или №20			160 000,00		175 000,00

4) Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

- в целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассмотрела информацию, размещенную на интернет -ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации – данные о всех поставщиках отсутствуют;
- в части наличия в перечне недобросовестных поставщиков тендерная комиссия рассмотрела информацию на интернет -ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения – данные о всех поставщиках отсутствуют. Все потенциальные поставщики внесли гарантийное обеспечение тендерных заявок, согласно условиям тендерной документации.

5) Комиссия, рассмотрев представленные заявки квалификационным и общим требованиям Правил и тендерной документации закупа РЕШИЛА:

- В соответствии с подпунктом 7) параграфа 4 гл.2 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «Амир и Д» по лоту №13. Справочно: (пп. 7) параграфа 4 гл.2 представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил (техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации заказчика, а именно, в соответствии с п.7 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 «Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции», тендерной комиссией было выявлено, путем поиска информации в открытых интернет ресурсах, что предлагаемые потенциальным поставщиком экспресс- тесты 4-го поколения для определения HIVAg/Ab№100 не имеют преквалификацию ВОЗ).

- В соответствии с подпунктом 7) параграфа 4 гл.2 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «Такутга» по лотам: №1, №3, №4, №5, №7, №8, №9, №10, №11. Справочно: (пп. 7) параграфа 4 гл.2 представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил

- В соответствии с подпунктом 5) параграфа 4 гл.2 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «Прогресс SSS» по лоту №13. Справочно: (пп. 5) параграфа 4 гл.2 наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности). Тендерная документация не пронумерована с обеих сторон, а также сбита нумерация страниц. Согласно пп.2) п.51 параграфа 2 главы 2, не корректно сформирована Техническая часть тендерной документации Справочно: (пп.2) п.51 параграфа 2 главы 2 51. Техническая часть тендерной заявки содержит: 2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан).

6) В соответствии с п. 66 параграфа 4 гл.2 Правил признать победителями закупа следующих потенциальных поставщиков. Справочно: (п.66 параграф 4 гл.2 Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения):

Наименование и местонахождение потенциального поставщика	Номер лота	Заявленная цена(тенге)	Заявленное наименование торговое	Сумма договора
ТОО «АУМ+», г.Астана, ул. Е.Брусиловский 24/1, каб.301	1	219 118,00	Alinity i-series Кондиционирующий раствор для игл	438 236,00
	3	97 038,00	Раствор пре-триггера	873 342,00
	4	101 212,00	Alinity i-series Концентрированный промывающий буфер	8 096 960,00
	5	113 733,00	Alinity Реакционные ячейки 4000 шт./уп	3 411 990,00
	7	110 603,00	Alinity i ВИЧ Ag/At Комбо контроли	442 412,00
	8	1 571 000,00	Alinity i ВИЧ Ag/At Комбо реагенты 1200	164 955 000,00
Итого				178 217 940,00

7) В соответствии со вторым абзацем п. 66 параграфа 4 гл.2 Правил признать победителями закупа следующих потенциальных поставщиков. Справочно: (п.66 параграф 4 гл.2 абзац 2. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный

поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил):

Наименование и местонахождение потенциального поставщика	Номер лота	Заявленная цена(тенге)	Заявленное торговое наименование	Сумма договора
ТОО «АУМ+», г.Астана, ул. Е.Брусиловский 24/1, каб.301	2	43 824,00	Раствор триггера	350 592,00
	6	100 294,00	Alinity i ВИЧ Ag/At Комбо калибраторы	401 176,00
Итого				751 768,00
ТОО «БионМедСервис», г.Караганда, пр. Строителей, стр.6	12	1 310 000,00	Картридж BD FACSPresto Cartridge	13 100 000,00
Итого				13 100 000,00

8) В соответствии с пп. 2 пункта 65 Главы 2 Правил признать закуп по лотам: №9, №10, №11, №13 не состоявшимся по причине отклонения всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.

9) Отделу государственных закупок для заключения договоров в срок до 27.03.2024 года направить подписанные договора закупа следующим потенциальным поставщикам:

- ТОО «АУМ+», г.Астана, ул. Е.Брусиловский 24/1, каб.301
- ТОО «БионМедСервис», г.Караганда, пр. Строителей, стр.6

10) Отделу государственных закупок разместить настоящий протокол об итогах на интернет-ресурсе КТП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗКО до 20.03.2024 г.

Эксперты не привлекались.

Подписи комиссии:

Председатель тендерной комиссии - Сагимбаев Б. Ж.

Члены тендерной комиссии

- Мокроусова О.Ю.
- Борбиль О.С.
- Сиделева Е.А.
- Нургалиев К.Т.

Секретарь тендерной комиссии:

- Токебаева С.С.

Заключение по тендеру на закуп медицинских изделий от 11.03.2024г.

Лот №1

Запрашиваемая техническая характеристика не соответствует технической характеристике предложенной потенциальным поставщиком ТОО «Takurra»:

Заявленная техническая характеристика на кондиционирующий раствор, прописанная техническая спецификация потенциальным поставщиком буфер в картриджах.

Лот №3

Запрашиваемая техническая характеристика не соответствует технической характеристике предложенной потенциальным поставщиком ТОО «Takurra»:

Заявленная техническая характеристика на раствор пре-триггера для иммунохемилюминесцентного автоматического анализатора, прописанная техническая спецификация потенциальным поставщиком субстратный буфер для анализатора Takurra.

Лот №4

Запрашиваемая техническая характеристика не соответствует технической характеристике предложенной потенциальным поставщиком ТОО «Takurra»:

Заявленная техническая характеристика на раствор концентрированного автоматического иммунохемилюминесцентного анализатора Alinity i, прописанная техническая спецификация потенциальным поставщиком промывочный буфер для анализатора Takurra.

Лот №5

Запрашиваемая техническая характеристика не соответствует технической характеристике предложенной потенциальным поставщиком ТОО «Takurra»:

Заявленная техническая характеристика на реакционные ячейки для иммунохемилюминесцентного анализатора Alinity i, прописанная техническая спецификация потенциальным поставщиком пластиковые кюветы в планшетах для установки в анализатор Takurra.

Лот №7

Запрашиваемая техническая характеристика не соответствует технической характеристике предложенной потенциальным поставщиком ТОО «Takurra»:

Заявленная техническая характеристика на контрольные материалы предназначенные для оценки воспроизводимости теста для выявления ВИЧ – инфекции HIV – 1,2 и антигена p24, прописанная техническая спецификация потенциальным поставщиком контроль ВИЧ Ag/Ab для анализатора Takurra.



Лот №8

Запрашиваемая техническая характеристика не соответствует технической характеристике предложенной потенциальным поставщиком ТОО «Takurra»:

Заявленная техническая характеристика на тесты ВИЧ Аг/Ат Комбо на микрочастицах (СМІА) для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора Alinity i, прописанная техническая спецификация потенциальным поставщиком набор для выявления антител к ВИЧ – ½ и антигена р24 состоящий из 12 картриджей по 100 тестов на анализатор Takurra.

Лот №9

Запрашиваемая техническая характеристика не соответствует технической характеристике предложенной потенциальным поставщиком ТОО «Takurra»:

Заявленная техническая характеристика на количественный тест для определения антител к ВИЧ ½ и антигена р24 для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора Maglumi X3, прописанная техническая спецификация потенциальным поставщиком набор для выявления антител к ВИЧ – ½ и антигена р24 состоящий из картриджей по 100 тестов на анализатор Takurra.

Лот №10

Запрашиваемая техническая характеристика не соответствует технической характеристике предложенной потенциальным поставщиком ТОО «Takurra»:

Заявленная техническая характеристика на промывочный концентрат (1 упаковка = 1*714 мл) для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора Maglumi X3, прописанная техническая спецификация потенциальным поставщиком промывочный буфер (3 уп. * 250 мл) на анализатор Takurra.

Лот №11

Запрашиваемая техническая характеристика не соответствует технической характеристике предложенной потенциальным поставщиком ТОО «Takurra»:

Заявленная техническая характеристика на кюветы (1 упаковка = 3*182) для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора Maglumi X3, прописанная техническая спецификация потенциальным поставщиком реакционные кюветы (6 уп.*104) на анализатор Takurra.

Лот №13

Запрашиваемая техническая характеристика не соответствует технической характеристике предложенной потенциальным поставщиком ТОО «Амир и Д»:



Заявленная техническая характеристика иммунохроматографический экспресс-тест 4-го поколения имеющий преквалификацию ВОЗ, прописанная техническая спецификация на «Экспресс-тест для определения ВИЧ 4,0» не внесен в список тестов имеющих преквалификацию ВОЗ (обновленный список https://www.who.int/diagnostics_laboratory/procurement/complaints/en от 20 ноября 2023 года).

Заведующая диагностической лаборатории Сиделёва Е.А.

